


KH test pro sladkou vodu



Varování:
Uchovávejte mimo dosah dětí!

Instrukce:

- 1] Odměřte přiloženou stříkačkou 5 ml vody do zkušební ampulky.
- 2] Přidávejte po kapkách reagenční činidlo KH do testovacího vzorku. Několik sekund jemně kružte ampulkou po každé přidané kapce. Pokračujte v přidávání činidla KH, dokud se barva nezmění z modré na žlutou. Počítejte počet přidaných kapek činidla KH. Konečná změna před koncem bude rozhodnuta 1 kapkou, která změní barvu z modré na žlutou!

Každá kapka činidla KH odpovídá 1 jednotce dKH.
Většina sladkovodních akvárií vyžaduje KH hodnotu 6 - 8 dKH.

obchod@moia.cz
info@moia.cz



www.moia.cz
www.moia.eu